



Szczecin, dnia 19.01.2024 r.

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego.: **Dostawa pojemników na odpady medyczne dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie**

Znak sprawy: 2/ZO/2024/TD

### PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1:

##### **PYTANIE 1 – pozycja a**

Prosimy o potwierdzenie o dopuszczenie, jako produktów równoważnych, **w pozycji a). pojemników o pojemności 1L i średnicy dolnej podstawy 102 mm**, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

##### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 formularza ofertowego pojemniki o średnicy dolnej podstawy 102 mm.

#### Pytanie nr 2:

##### **PYTANIE 2 – pozycja c**

Prosimy o potwierdzenie o dopuszczenie, jako produktów równoważnych, **w pozycji c). pojemników o pojemności 5L i wysokości 210 mm**, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

##### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 formularza ofertowego pojemniki o wysokości 210 mm.

#### Pytanie nr 3:

##### **PYTANIE 3 – pozycja d**

Prosimy o potwierdzenie o dopuszczenie, jako produktów równoważnych, **w pozycji d). pojemników o pojemności 10L, wysokości 300 mm i średnicy dolnej 200 mm**, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

##### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**



Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 formularza ofertowego pojemniki o wysokości 300 mm i średnicy dolnej podstawy 200mm.

**Pytanie nr 4:**

**Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o średnicy dolnej 110mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 formularza ofertowego pojemniki o dolnej podstawie 110 mm.

**Pytanie nr 5:**

**Część 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o wysokości 220mm i średnicy dolnej 105mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 formularza ofertowego pojemniki o wysokości 220mm i średnicy dolnej podstawie 105 mm.

**Pytanie nr 6:**

**Część 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o wysokości 245mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 formularza ofertowego pojemniki o wysokości 245 mm.

**Pytanie nr 7:**

**Część 1, pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z uchwytami?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na pojemniki z uchwytami.

**Pytanie nr 8:**

**Część 1, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z etykietą:

**MATERIAŁ ZAKAŻNY**

**POJEMNIK<sup>®</sup> NA ODPADY MEDYCZNE**

1 L

Nr atestu D/2/46/03 P.Z.H.

Miejsce pochodzenia odpadu

Rodzaj odpadów

Data zamknięcia

Podpis zamykającego

„PLASPOL” Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 85/87  
tel./fax (034) 363 27 78 e-mail: biuro@plaspol.pl

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.



Zamawiający informuje, że na etykiecie muszą znaleźć się wszystkie informacje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.

**Termin składania ofert nie zmienia się.**